

ردیف	عنوان	بلی	خیر	ملاحظات
۱	آیا ترالی اورژانس از نظر محل قرارگیری به سهولت در دسترس میباشد؟			
۲	آیا دستگیره جابجائی و نرده محافظ سه طرف ترالی سالم میباشد؟			
۳	آیا لیست محتویات هر طبقه بر روی آن نصب میباشد؟			
۴	آیا فرم تاریخ انقضای داروها و تجهیزات ترالی در کنار آن نصب میباشد؟			
۵	آیا تخته بیمار (جهت استفاده در زمان عملیات CPR) متصل به پشت ترالی میباشد؟			
۶	آیا کپسول اکسیژن به همراه مانومتر در کنار ترالی نصب میباشد؟			
۷	آیا پایه سرم کنار ترالی نصب میباشد؟			
۸	آیا دو عدد پریز و کابل متصل به آن در یکی از طرفین ترالی نصب شده است؟			
۹	آیا لارنگوسکوپ سالم با تیغههای مناسب و لامپ و باتری اضافی موجود میباشد؟			
۱۰	آیا آمبویگ بزرگسال و اطفال جهت CPR آماده میباشد؟			
۱۱	آیا چراغ قوه سالم در ترالی موجود است؟			
۱۲	آیا سفتیباکس در کنار ترالی نصب میباشد؟			
۱۳	آیا کلیه تجهیزات، داروهای ترالی در هر شیفت توسط پرستار مسئول ترالی همان شیفت کنترل شده و ثبت میشود؟			
۱۴	آیا کلیه داروها و تجهیزات مصرفی موجود در ترالی دارای تاریخ انقضاء معتبر میباشد؟			
۱۵	آیا کلیه ستهای موجود در ترالی دارای تاریخ استریل معتبر میباشد؟			
۱۶	آیا چیدمان ترالی براساس استاندارد وزارت بهداشت می باشد؟			